



Паспорт безопасности

«Облучатель медицинский ультрафиолетовый бактерицидный настенный «ИЗУМРУД» с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-35597891-2020»

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие № РЗН 2020/12771

1. Общие указания

Настоящее руководство предназначено для ознакомления с устройством и правилами эксплуатации, транспортирования и хранения облучателя бактерицидного настенного рециркуляторного «Изумруд» (в дальнейшем облучатель).

2. Наименование медицинского изделия

Облучатель медицинский ультрафиолетовый бактерицидный настенный «ИЗУМРУД» с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-35597891-2020

Варианты исполнения:

1. Изумруд 1x15;
2. Изумруд 2x15;
3. Изумруд 2x30;
4. Изумруд 3x30;

Принадлежности:

1. Стойка (опора) облучателя малая (высота 1000мм) – 1 шт
2. Стойка (опора) облучателя малая передвижная (высота 1000мм) - 1 шт
3. Стойка (опора) облучателя большая (высота 1400мм) – 1 шт
4. Стойка (опора) облучателя большая передвижная (высота 1400мм) – 1 шт
5. Вставка плавкая (предохранитель) -1 шт

(далее по тексту, изделие, облучатель, облучатели).

3. Комплектность поставки

Таблица №1.

Наименование	Кол-во, шт.
1. Облучатель медицинский ультрафиолетовый бактерицидный настенный «ИЗУМРУД» с принадлежностями. Вариант исполнения: Изумруд 1x15	1
1.1. Вспомогательные и запасные элементы	
- Комплект крепежный настенный (Дюбель полипр.усиленный 6*35 (К) – 2шт.; Саморезы д/гк круп рез 3,5*41 – 2шт	1
- Лампа бактерицидная специальная безозоновая ДБ 15 Вт 254 нм UV 438 мм G13 Фарлайт	1
- Вставка плавкая (предохранитель) ВПБ6-12 4А 250В TDM	1
1.2. Паспорт и инструкция по эксплуатации.	
1.3. Стойка (опора) облучателя малая (высота 1000мм) (при поставке в разобранном виде)	1
- рама нижняя (на прорезиненных опорах);	1
- стойка;	1
- комплект крепежный;	
1.4. Стойка (опора) облучателя малая передвижная (высота 1000мм) (при поставке в разобранном виде)	1
- рама нижняя;	1

	пом. 22А
Адрес производства:	426006, Россия, Удмуртская область г. Ижевск, ул. Телегина, 30.
ИНН	1832151412
Номера телефонов	+7 3412 970 970/ 970 969
Электронная почта (e-mail)сайт	office@mrdd.ru www.mrdd.ru

5. Назначение изделия

Облучатель предназначен для циркуляции воздушного потока для обеззараживания воздуха в помещениях. Облучатель используется в условиях жилых помещений, стационарных и амбулаторных лечебных учреждений (I-V категории лечебно-профилактических учреждений), дошкольных и школьных учреждений, учебных заведениях, магазинах, и торговых центрах, местах общественного питания, рестораны, офисные помещения, складские, производственные, медицинские, спортивные помещения, социальные учреждения, АЗС, салонов красоты, и другие места повышенного скопления людей.

Использование изделий является действенным санитарно-противоэпидемическим средством, направленным на подавление жизнедеятельности микроорганизмов в воздушной среде и на поверхностях помещений. Обеззараживание воздуха УФ-излучением входит в число средств, обеспечивающих снижение уровня инфекционных заболеваний, дополняет обязательное соблюдение действующих санитарных норм и правил по устройству и содержанию помещений.

Эффективность уничтожения и обеззараживания бактерий достигает до 95-99.9%.

6. Габаритные и основные размеры

Общие технические требования.

Основные технические характеристики представлены в таблицах:

Таблица 3 – Характеристики модели «Изумруд 1х15»

Наименование параметра	Значение
Тип исполнения	Закрытый
УФ Лампа	Farlait 15W G13 T8
Срок службы, час	Не менее 9000
Рабочее напряжение, В	220±10%
Потребляемая мощность, Вт	Не более 20
Мощность УФ излучения, Вт	15
Количество УФ-ламп, шт.	1
Количество вентиляторов	2
Производительность, м³/ч	40± 10%
Габаритные размеры, мм.	650x95x95 ± 5%

Вес, нетто, кг	4,5 ±0,3
Уровень шума, дБА	30
Способ размещения	Настенный,на стойке
Рекомендуемая площадь помещения, м2*	15-20
Время дезинфекции помещения до 99,9%*	2-3 ч.

Таблица 4 – Характеристики модели «ИЗУМРУД» 2х15

Наименование параметра	Значение
Тип исполнения	Закрытый
УФ Лампа	Farlait 15W G13 T8
Срок службы, час	Не менее 9000
Рабочее напряжение, В	220±10%
Потребляемая мощность, Вт	Не более 35
Мощность УФ излучения, Вт	30
Количество УФ-ламп, шт.	2
Количество вентиляторов	2
Производительность, м³/ч	80± 10%
Габаритные размеры, мм.	650x95x95± 5%
Вес, нетто, кг	5±0,3
Уровень шума, дБА	30
Способ размещения	Настенный,на стойке
Рекомендуемая площадь помещения, м2*	25-30
Время дезинфекции помещения до 99,9%*	2-3 ч.

Таблица 5 – Характеристики модели «ИЗУМРУД» 2х30

Наименование параметра	Значение
Тип исполнения	Закрытый
УФ Лампа	Farlait 30W G13 T8
Срок службы лампы, час	Не менее 9000
Рабочее напряжение, В	220±10%

Потребляемая мощность, Вт	Не более 65
Мощность УФ излучения, Вт	60
Количество УФ-ламп, шт.	2
Количество вентиляторов	2
Производительность, м ³ /ч	180± 10%
Габаритные размеры, мм.	1120x130x130± 5%
Вес, нетто, кг	9,2±0,3
Уровень шума, дБА	30
Способ размещения	Настенный, на стойке
Рекомендуемая площадь помещения, м2*	55-60
Время дезинфекции помещения до 99,9%*	2-3 ч.

Таблица 6 – Характеристики модели «ИЗУМРУД» 3x30

Наименование параметра	Значение
Тип исполнения	Закрытый
УФ Лампа	Farlait 30W G13 T8
Срок службы, час	Не менее 9000
Рабочее напряжение, В	220±10%
Потребляемая мощность, Вт	Не более 100
Мощность УФ излучения, Вт	90
Количество УФ-ламп, шт.	3
Количество вентиляторов	2
Производительность, м ³ /ч	270± 10%
Габаритные размеры, мм.	1120x130x130± 5%
Вес, нетто, кг	10±0,3
Уровень шума, дБА	30
Способ размещения	Настенный, на стойке
Рекомендуемая площадь помещения, м2*	85-90
Время дезинфекции помещения до 99,0%*	2-3 ч.

* данный уровень бактерицидной эффективности обеззараживания воздуха с помощью облучателя

обеспечивается в отношении санитарно - показательного микроорганизма *Staphylococcus aureus*, вирусов гриппа и парагриппа, аденовир усов.

7. Показания, противопоказания и возможные побочные эффекты

Показания к применению

Облучатели могут быть использованы для подготовки помещения к функционированию в процессе его подготовки к работе медицинского персонала, так и для обеззараживания воздуха помещений лечебно-профилактических учреждений в отсутствии и присутствии людей любого возраста, в том числе детей.

В качестве источника бактерицидного излучения variabelно используются лампы: Бактерицидная лампа ДБ 15 Вт 254 нм UV 438 мм G13, далее по тексту как «источник УФ - излучения».

Облучатель изготавливается с настенным креплением. Опора для крепления с возможностью передвижения покупается отдельно. Эффективность обеззараживания воздуха помещения с помощью облучателей зависит от множества факторов, таких, как геометрия помещения, конструкция системы вентиляции, количество и расположение отопительных элементов, число человек в помещении, расположение медицинского оборудования и т.д. Поэтому в данной инструкции даны обобщенные рекомендации по размещению облучателей в помещении ЛПУ

Противопоказания

Индивидуальная несовместимость с компонентами сырья изделия.

Побочные эффекты не имеет

8. Меры предосторожности.

➤ о окончании использования электрического медицинского оборудования необходимо обязательно вынимать вилку сетевого шнура из сетевой розетки.

Только медицинский персонал может определять, какие именно функции должны быть активированы в соответствии с установленным диагнозом. Изделие может управляться исключительно квалифицированным медицинским персоналом, или персоналом прошедшую определённую подготовку, либо пациентом под непосредственным руководством медицинского персонала. Если есть риск того, что пациенты-дети или взрослые пациенты, которые не понимают, как работает изделие (например, умственно неполноценные пациенты), могут самостоятельно дотянуться до ручного пульта управления, следует вынимать вилку из розетки или отключать пульт управления каждый раз, когда такие пациенты остаются без присмотра медицинского персонала. Данные меры позволят предотвратить возможные несчастные случаи, вызванные неправильной эксплуатацией оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

➤ Не отключайте вилку из розетки мокрыми руками.

Не прикасайтесь к включенной в розетку вилке мокрыми руками. Соблюдайте максимальную осторожность, чтобы избежать поражения электрическим током.

➤ Регулярно проверяйте вилку сетевого шнура на предмет неисправностей, повреждения и чистите ее.

Рекомендуется вынимать вилку из розетки не реже, чем каждые шесть месяцев и протирать штыри вилки и контактную поверхность сухой салфеткой. Если вилку электропитания вовремя не очищать от пыли, или если она неплотно вставляется в розетку (болтается), это может привести к поражению электрическим током или пожару.

➤ При отключении вилки сетевого шнура из розетки держитесь руками непосредственно за

пластиковый кожух вилки.

При отключении вилки сетевого шнура из розетки не тяните ее за шнур питания. При отключении вилки из розетки следует держаться непосредственно за пластиковый кожух вилки. В противном случае это может привести к поломке, короткому замыканию или поражению электрическим током.

➤ Оборудование не предназначено для терапии младенцев.

➤ Любые модификации и внесения изменений в конструкцию изделия запрещены.

Запрещено самостоятельно разбирать, ремонтировать или вносить изменения в конструкцию изделия, ручной пульт управления или пульт управления и т.д. В противном случае высока вероятность возникновения аварийных ситуаций, которые могут привести к получению травм пациентами или медицинским персоналом. Использование с изделием систем управления или прочих компонентов, разработанных и произведенных другими производителями, может повлиять отрицательным образом на безопасность и продолжительность эксплуатации оборудования, а также привести к несчастным случаям.

➤ Всегда проверяйте состояние шнура питания.

Особое внимание необходимо уделять состоянию шнура питания от сети и остальным электрическим проводам: они ни в коем случае не должны быть пережаты или передавлены колёсами или другими тяжелыми предметами. Особенно это касается электропроводки: в случае ее повреждения возможно искрение, проплавление изоляции насквозь, высок риск возникновения пожара и поражения электрическим током.

➤ Не проливайте жидкости на электрические части.

Не проливайте воду, соки, супы и прочие жидкости на моторы, датчики или ручной пульт дистанционного управления. В противном случае изделие может выйти из строя и стать непригодным для эксплуатации. При случайном пролитии жидкости на электрические части изделия следует немедленно вынуть вилку сетевого шнура из розетки и обратиться к локальному дистрибьютору.

➤ Выполняйте техническое обслуживание изделия только после отсоединения вилки сетевого шнура от сети.

Перед техническим обслуживанием изделия обязательно отсоедините вилку сетевого шнура от сетевой розетки.

➤ Вынимайте вилку сетевого шнура из розетки, если оборудование не используется в течение длительного периода времени.

Если оборудование не используется в течение длительного периода времени, вилку сетевого шнура необходимо вынимать из розетки.

➤ Не перемещайте изделия по неровным поверхностям.

Избегайте перемещения изделия по большим лестничным ступенькам, по неровным поверхностям или коридорам с крутыми поворотами. В случае необходимости перемещения в вышеуказанных местах следует передвигать изделия как можно медленнее и осторожнее.

➤ Не размещайте изделия вблизи источников огня.

Избегать использования печей или других нагревательных приборов рядом с изделием. В противном случае это приведет к повреждению и деформации оборудования или к пожару. Не размещайте печи и прочие нагревательные приборы рядом с изделием. Это может привести к повреждению и деформации изделия, а также к пожару.

9. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей, вероятные причины и способы их устранения приведены в таблице №8.

Таблица №7

Наименование неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятные причины	Способы устранения
	Вышла из строя лампа.	Заменить лампу

Лампа не горит. Другие внешние признаки отсутствуют.	Вышел из строя ЭПРА (электронный балласт).	Заменить ЭПРА (электронный балласт)
	Вышел из строя предохранитель	Заменить предохранитель
Лампа мигает, но не зажигается	Вышла из строя лампа	Заменить лампу
Облучатель ненадежно закреплен на стене	Повреждены подвесные системы	Отремонтировать подвесные системы.
Облучатель неустойчиво расположен на подставке передвижной	Повреждены подвесные системы. Ослаблены моменты затяжки метизов (болтов и гаек)	Отремонтировать подвесные системы. Произвести затяжку метизов до устранения люфта элементов.

10. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа облучателя или неисправности его в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке, владелец облучателя должен направить в адрес предприятия изготовителя или в адрес предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие документы:

-заявку на ремонт (замену) с указанием адреса, номера телефона организации-владельца облучателя;

-дефектную ведомость;

-гарантийный талон.

11. Порядок применения.

- 1.1. Облучатель должен размещаться в помещении таким образом, чтобы забор и выброс воздушного потока происходили беспрепятственно и совпадали с направлениями основных воздушных потоков, на расстоянии от пола не менее 0,5 метра.
- 1.2. Закрепить облучатель на стене.
- 1.3. Включить подводящий кабель в розетку напряжением 220 В.
- 1.4. Перевести переключатель включения «ВКЛ» в положение I.
- 1.5. По окончании работы перевести переключатель включения «ВКЛ» в положение O.
- 1.6. По истечении 7 суток эксплуатации облучателя должен быть подвергнут обработке.
- 1.7. В присутствии людей применение облучателя рассчитано на его непрерывную работу в течение 8 и более часов.

12. Условия транспортировки и хранения.

- 1.8. Облучатель-Облучатели транспортируют всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
Условия транспортирования изделий вида климатического исполнения УХЛ 4.2 – по условиям хранения 5ГОСТ 15150.
- 1.9. Облучатель-Облучатель в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150.
- 1.10. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.
- 1.11. При отгрузке изделий в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности транспортирование должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 15846.
- 1.12. Нормы безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ – по ГОСТ 12.3.009 и ГОСТ 12.3.020.

13. Стерилизация и дезинфекция.

Обработка корпуса рециркулятора и колбы бактерицидной лампы должна производиться с использованием дезинфицирующих растворов спирта или перекиси водорода, согласно «Методическим указаниям по

дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения" (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113), с последующим просушиванием сухой ветошью при обязательном отключении рециркуляторов от сети

спирта или перекиси водорода, согласно «Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения" (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113), с последующим просушиванием сухой ветошью при обязательном отключении облучателей от сети.

1.24. Перечень основных проверок технического состояния приведен в таблице №8.

14. Утилизация и/или уничтожение.

1.13. Утилизация бактерицидных ламп должна проводиться в соответствии с «Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 3.09.2010г. № 681.

1.14. Утилизация облучателя и его составных частей после истечения срока службы должна производиться в соответствии с федеральными, государственными, местными правилами и санитарными правилами СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» по классу А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам).

15. Срок годности.

Срок службы: 5 лет.

Средний срок службы ламп при правильной эксплуатации и уходе не менее 9000 часов

16. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям настоящих технических условий и рабочей документации при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования установлен 12 месяцев со дня ввода облучатель-облучателя в эксплуатацию.

17. Техническое обслуживание и ремонт

1.15. Для обеспечения надежной работы облучателя проводить своевременное техническое обслуживание. При этом пользуйтесь настоящим руководством по эксплуатации.

1.16. Условия проверки.

1.17. Проверка технических характеристик производится при номинальном питающем напряжении и нормальных условиях, за которые принимаются: напряжение питания 220 В $\pm 10\%$, 50 Гц температура окружающего воздуха 5 ± 10 С, относительная влажность воздуха 65 $\pm 15\%$, атмосферное давление 84-106,7 кПа, 630-800 мм.рт.ст.

1.18. Перед проведением проверки Облучатель необходимо: произвести внешний осмотр, изучить техническую документацию на Облучатель и приборы, применяемые для его проверки.

1.19. Проведение проверки.

1.20. При проведении внешнего осмотра должно быть проверено:

- отсутствие механических повреждений, влияющих на работоспособность;
 - наличие и прочность крепления органов управления и коммутации, четкость фиксации их положений, состояние сетевого шнура и вилок;
- отсутствие соединившихся или слабо закреплённых элементов схемы;
 - в случае использования облучателя, закрепленного на подставке убедиться в надежности крепежных элементов (отсутствие трещин на деталях, метод зацепления) и устойчивости (отсутствие люфта в соединительных элементах подставки передвижной, функциональность колесных опор).

1.21. При вскрытии облучателя и проведении профилактических работ следует иметь ввиду меры безопасности, указанные в разделе 6.

1.22. Перед проверкой технических характеристик проводится опробование работоспособности облучателя.

1.23. Облучатель должен содержаться в чистоте, т.к. даже тонкий слой пыли на лампах может заметно снизить выход бактерицидного потока. Обработка корпуса облучателя и колбы бактерицидной лампы должна производиться с использованием дезинфицирующих растворов

Таблица №8

Виды технического обслуживания.	Периодическое техническое обслуживание 1 раз в месяц	Периодическое техническое обслуживание 1 раз в 6 месяцев
Кем выполняется.	Специалисты, занимающиеся эксплуатацией облучателя.	Специалисты, занимающиеся эксплуатацией облучателя.
Содержание работ, методы и средства проведения технического обслуживания	Проверка работоспособности	Проверка исправности и прочности заделки сетевого шнура внешним осмотром при его легком покачивании и прокручивании вблизи мест заделки без применения специальных инструментов и оборудования. Внешний осмотр элементов крепления облучателя к стене или подставке передвижной на предмет механических повреждений. Проверка подставки передвижной при ее использовании с облучателем.
Технические требования	Функционирование облучателя согласно п.8 «Порядок работы»	На поверхности шнура не должно быть разрывов, через которые могли бы просматриваться токоведущие жилы, и заделка шнура должна быть прочной и исключать перемещения в отверстие заделки. Штыри сетевой вилки не должны быть изогнуты. Системы крепления облучателя не должны иметь механических повреждений и трещин. Подставка передвижная не должна иметь люфта сопряженных деталей в местах соединения метизами, колесные опоры должны вращаться без закусываний и применения большого усилия.

- 1.26. Все измерительные приборы, используемые при испытаниях, должны быть аттестованы.
1.27. В случае обнаружения при техническом обслуживании несоответствия облучателя или его отдельных узлов техническим характеристикам, указанным в разделе 3, дальнейшая эксплуатация облучателя не допускается, и он подлежит ремонту или замене.
1.28. Замена лампы должна проводиться через 10800 часов ее горения.
1.29. Замена фильтрующего элемента производится не реже, чем раз в 6 месяцев.
1.30. Текущий ремонт производится специалистами ремонтных предприятий.
1.31. При ремонте соблюдайте меры безопасности, указанные в разделе 6 настоящего руководства по эксплуатации.
1.32. Содержание текущего ремонта
1.33. Текущий ремонт включает следующие этапы: обнаружение неисправностей;

- 1.34. отыскание и исправление неисправностей;
1.35. проверка работоспособности аппарата после ремонта.
1.36. Обнаружение неисправностей
1.37. Обнаружение неисправностей производится в соответствии с разделом 11 настоящего руководства по эксплуатации.
1.38. Текущий ремонт в течении гарантийного срока эксплуатации производится специалистами завода-изготовителя.
1.39. После выполнения текущего ремонта проведите проверку технического состояния.

18. Электромагнитная совместимость

Облучатель требует применения специальных мер для обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) и должен быть установлен и введен в эксплуатацию в соответствии с информацией, относящейся к ЭМС, приведенной в эксплуатационной документации

Применение мобильных радиочастотных средств связи может оказывать воздействие на облучатель.

Использование кабелей, не указанных в перечне, за исключением кабелей, поставляемых изготовителем облучателя, может привести к увеличению электромагнитной эмиссии или снижению помехоустойчивости облучателя.

Облучатель не следует применять в непосредственной близости или во взаимосвязи с другим оборудованием и, если такое их применение является необходимым, должна быть проведена верификация нормального функционирования облучателя в данной конфигурации.

Таблица 3. Руководство и декларация изготовителя – электромагнитная эмиссия

Таблица 10. ГОСТ 60601-1-2-2014

Руководство и декларация изготовителя – электромагнитная эмиссия		
Облучатель предназначен для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю Облучателя следует обеспечить его применение в указанной обстановке.		
Испытание на электромагнитную эмиссию	Соответствие	Электромагнитная обстановка - указания
Радиопомехи по СИСПР 11	Группа 1	Облучатель использует радиочастотную энергию только для внутренних функций Уровень эмиссии радиочастотных помех является низким и, вероятно не приведет к нарушениям функционирования расположенного вблизи электронного оборудования
Радиопомехи по СИСПР 11	Класс В	Облучатель пригоден для применения в любых местах размещения, включая жилые дома и здания, непосредственно подключенные распределительной электрической сети, питающей жилые дома

Гармонические составляющие тока по МЭК 61000-3-2	Класс А	
Колебания напряжения и фликер по МЭК 61003-3	Соответствует	

Таблица 11 по ГОСТ 60601-1-2-2014

Руководство и декларация изготовителя - помехоустойчивость			
Облучатель предназначен для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю Облучателя следует обеспечить его применение в указанной обстановке.			
Испытание на помехоустойчивость	Испытательный уровень по МЭК 60601	Уровень соответствия	Электромагнитная обстановка - указания
Электростатические разряды (ЭСР) по МЭК 61000-4-2	±6 кВ - контактный разряд ±8 кВ – воздушный разряд	±6 кВ - контактный разряд ±8 кВ – воздушный разряд	Полы помещения должны быть выполнены из дерева, бетона, или керамической плитки. Если полы покрыты синтетическим материалом, то относительная влажность воздуха должна составлять не менее 30%
Наносекундные импульсные помехи по МЭК 61000-4-4	±2 кВ – для линий электропитания ±1 кВ – для линий ввода-вывода	±2 кВ – для линий электропитания ±1 кВ – для линий ввода-вывода	Качество электрической энергии в электрической сети здания должно соответствовать типичным условиям коммерческой или больницы обстановки
Микросекундные импульсные помехи большой энергии по МЭК 61000-4-5	±1 кВ – при подаче помех по схеме «провод-провод»	±1 кВ – при подаче помех по схеме «провод-провод»	Качество электрической энергии в электрической сети здания должно

	±2 кВ – при подаче помех по схеме «провод-земля»	±2 кВ – при подаче помех по схеме «провод-земля»	соответствовать типичным условиям коммерческой или больницы обстановки
Провалы, прерывания и изменения напряжения во входных линиях электропитания по МЭК 61000-4-11	<5% U _T (провал напряжения) >95% U _T в течение 0,5 периода 40% U _T (провал напряжения 60% U _T) в течение пяти периодов 70% U _T (провал напряжения 30% U _T) в течение 25 периодов <5% U _T (провал напряжения >95% U _T) в течение 5 с	<5% U _T (провал напряжения) >95% U _T в течение 0,5 периода 40% U _T (провал напряжения 60% U _T) в течение пяти периодов 70% U _T (провал напряжения 30% U _T) в течение 25 периодов <5% U _T (провал напряжения >95% U _T) в течение 5 с	Качество электрической энергии в электрической сети здания должно соответствовать типичным условиям коммерческой или больницы обстановки. Если пользователю Облучателя требуется непрерывная работа в условиях прерывания сетевого напряжения рекомендуется обеспечить питание Облучателя от батареи или источника бесперебойного питания
Магнитное поле промышленной частоты по МЭК 61000-4-8	3 А/м	3 А/м	Магнитные поля промышленной частоты должны быть измерены в назначенном месте установки для гарантии того, что напряженность поля достаточно низка

Таблица 12 по ГОСТ 60601-1-2-2014

Руководство и декларация изготовителя – помехоустойчивость – для Облучателя, не относящихся к жизнеобеспечению			
Облучатель предназначен для применения в электромагнитной обстановке, определенной ниже. Покупателю или пользователю Облучателя следует обеспечить его применение в указанной обстановке.			
Испытание на помехоустойчивость	Испытательный уровень по МЭК 60601	Уровень соответствия	Электромагнитная обстановка - указания

<p>Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями по МЭК 61000-4-6</p> <p>Излучаемое радиочастотное электромагнитное поле по МЭК 61000-4-3</p>	<p>3В (среднеквадратичное значение) в полосе 0,15-80 МГц вне частот, выделенных для ПНМ ВЧ) устройств</p> <p>3 В/м в полосе от 80 до 2500 МГц</p>	<p>3В (V1) (среднеквадратичное значение)</p> <p>3 В/м (E1)</p>	<p>Расстояние между используемой мобильной радиотелефонной системой связи и любым элементом Облучателя, включая кабели должно быть не меньше рекомендуемого пространственного разнеса, который рассчитывается в соответствии с приведенным ниже выражением, применительно к частоте передатчика</p> <p>Рекомендуемый пространственный разнос составляет:</p> $d = [3,5 / \sqrt{V1}] \sqrt{P} = 1,2 \sqrt{P}$ <p>$d = [3,5 / E1] \sqrt{P} = 1,2 \sqrt{P}$ (от 80 до 800 МГц)</p> <p>$d = [7 / E1] \sqrt{P} = 2,3 \sqrt{P}$ (от 800 МГц до 2,5 ГГц)</p> <p>Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков, по результатам наблюдений за электромагнитной обстановкой, должна быть ниже, чем уровень соответствия в каждой полосе частот</p> <p>Помехи могут иметь место вблизи оборудования, маркированного знаком</p> 
--	---	--	--

портативными и подвижными радиочастотными средствами связи (передатчиками) и Облучателем, как рекомендуется ниже, с учетом максимальной выходной мощности средств связи			
Номинальная максимальная выходная мощность передатчика, Вт	Пространственный разнос, м, в зависимости от частоты передатчика		
	$d = 1,2 \sqrt{P}$ в полосе 0,15-80 МГц	$d = 1,2 \sqrt{P}$ в полосе 80-800 МГц	$d = 2,3 \sqrt{P}$ в полосе 800-2500 МГц
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Допускается дополнять маркировку другими сведениями об изделии, наносить графические символы и рисунки, поясняющие потребительские свойства, использование изделий по назначению. Размеры графических символов и рисунков не устанавливаются.

19. Свидетельство о приемке

Облучатель медицинский ультрафиолетовый бактерицидный настенный «ИЗУМРУД» с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-35597891-2020, Вариант исполнение _____, ТУ 27.51.21-001-35597891-2020 Номер партии _____ соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20 ____ г.

Штамп ОТК _____ Подпись _____ / _____
Ф.И.О.

Дата продажи: _____ Подпись продавца: _____
М.П.

Таблица 13 по ГОСТ 60601-1-2-2014

Рекомендуемые значения пространственного разнеса между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи и Облучателем
Облучатель предназначен для применения в электромагнитной обстановке, при которой осуществляется контроль уровней излучаемых помех. Покупатель или пользователь Облучателя может избежать влияния электромагнитных помех, обеспечив минимальный пространственный разнос между